

Návod k použití pro držák chodících pomůcek Zboží 4011 / 4012



Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití, dodržujte pokyny v něm uvedené a uschovejte si jej pro pozdější použití.

Účel

Držáky chodících pomůcek se používají k pružnému připevnění na všechny ploché povrchy bez pórů (např. zárubně, stoly nebo sprchy atd.). Dodržujte bezpečnostní pokyny.

1. Obecné informace o výrobku

Držáky na chodící pomůcky se vyznačují následujícími vlastnostmi:

Zboží 4011: Svorky držáku lze otáčet tak, aby bylo možné namontovat přísavku pod / na stoly nebo police.

Zboží 4012: Ideální pro nošení díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti.

2. Montáž a manipulace

Upevnění přísavky:

– Zatlačte přísavku pevně na povrch, na který ji chcete upevnit. Ujistěte se, že nejsou pryžová kolečka umístěna nad spojem.

– Pryžová kolečka nesmí být napnutá a musí ležet rovně. Zatlačte na přísavku a otočte páčkou, přičemž musí být jasně patrný odpor vakua.

Povolení přísavky:

– Uchopte prstem pod páčkou a zatáhněte, současně palcem zabraňte efektu zpětného rázu (úchop vně). Pryžové kolečko se vrátí do své původní ploché polohy a přísavku lze ze stěny sejmut.

– Pokud pryžové kolečko i přesto drží (což se může stát u zcela nových přísavek), zatáhněte za kolečko na jedné straně prsty tak, aby se pod něj mohl dostat vzduch.

– Při sundávání přísavky ostrými nebo špičatými předměty nebo nástroji může dojít k jejímu poškození.

– Pokud se nepoužívá, uložte přísavku na rovnou plochu s uvolněnými pryžovými kolečky.

Zboží 4011 - Demontáž a montáž:

Demontáž:

Stiskněte pojistku (případně špičatým předmětem) a vytáhněte adaptér držáku z pouzdra přísavky.

Montáž:

– Stiskněte pojistku na adaptéru a zasuňte adaptér do pouzdra přísavky, dokud pojistka nezapadne do velkého bočního otvoru. Otestujte, že pojistka bezpečně drží a to tak, že se ji pokusíte vytáhnout. Pokud není pojistka bezpečně zajištěna, držák nepoužívejte.



3. Bezpečnostní pokyny

- Nepokládejte pod mobilní držák chodících pomůcek žádné předměty, které by se mohly poškodit, pokud by se přísavka uvolnila.
- Ujistěte se, že je přísavka je připevněna k rovnému povrchu bez pórů.

4. Čištění a péče

- Pryžové kolečko vždy udržujte bez mastnoty a prachu. Pryžové kolečko čistěte běžnými čisticími prostředky pro domácnost jako je mýdlová voda nebo ethylalkohol. Základní čištění acetonem (dostupný v lékárnách) také zvyšuje přísavný účinek a doporučuje se provádět v pravidelných intervalech (zejména v případě častého používání a např. v případě znečištění koupelovými oleji nebo jinými intenzivními skvrnami).
- Nevystavujte pryžové kolečko delší dobu slunečnímu záření, protože jinak dojde ke ztrátě pružnosti a přísavného účinku. Pryžové kolečko vždy udržujte bez mastnoty a prachu.
- Pryžové kolečko čistěte obvyklými domácími čisticími prostředky, jako jsou

5. Údržba

- Držák na chodítko je bezúdržbový.
- Pokud je držák vadný, požádejte o výměnu svého prodejce nebo servis.

6. Likvidace

S dotazy ohledně místní likvidace odpadů se obračejte na svého specializovaného prodejce.

7. Záruka a odpovědnost

Zakoupili jste si vysoce kvalitní produkt. Pokud by i přes nejvyšší standardy kvality došlo k průkazné vadě materiálu, má společnost Ossenberg v záruční lhůtě 12 měsíců právo vadnou položku opravit nebo vyměnit za bezvadnou. Neneseme odpovědnost za škody způsobené úpravami produktu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením nebo nesprávnou manipulací. Opotřebované díly jsou ze záruky vyloučeny.

8. Technické údaje

Výrobek		
4011 - 4012		
Zboží	4011	4012
Název	Mobilní držák holí Duo	Mobilní držák holí
Pryžové kolečko	Ø 120 mm	Ø 80 mm
Pro trubku-Ø	Ø 20 mm - 30 mm	Ø 20 mm - 30 mm
Zátěž	30 kg na rovných površích bez pórů	15 kg na rovných površích bez pórů
Hmotnost	0,49 kg	0,45 kg

Další příslušenství najdete na www.ossenberg.com.



Ossenberg GmbH
Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79
48432 Rheine
GERMANY

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

From us you will receive only products in accordance with the guidelines of the Medicine Devices Act.
We are certified according to DIN EN ISO 13485.

